

Stara Iwiczna, 19.12.2012 r.

315/KW/2012

**Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
Ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań**

**Dot Przetargu nieograniczonego „ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRAŻENIA
POZAUSTROJOWEGO DLA BLOKU OPERACYJNEGO KARDIOCHIRURGII”
Nr sprawy: WSM/DZP/381/12476/N/2012**

PYTANIE NR 1 DOT PAKIETU NR 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do podawania kardiopleginy krystalicznej ciśnieniowo zgodnie z załączonym rysunkiem, firma nasza posiada inne oznaczenia drenów jednak średnica wewnętrzna jest zgodna z wymogami SIWZ, prosimy o akceptację rysunku?

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw do podawania kardiopleginy krystalicznej z Dren do podawania kardiopleginy krystalicznej

1. Dren PVC medyczny wymiar 4,33x1,3 mm, dł. 1.350 mm + odpieniacz + 4,33x1,3mm,
2. dł. 200mm.
3. Metalowa igła rozmiar 4,0 mm, dł. 60 mm.
4. Zacisk plastikowy – klips.
5. Zakończenie łącznik LUER LOCK (męski) z nakrętką gwintowaną.

Dren do podawania powietrza.

1. Dren PVC medyczny wymiar 3.5x1.0 mm., dł 200mm + filtr przeciw bakteryjny + dren wymiar 3,5x1,0 mm dł. 100 mm.
2. Igła metalowa rozmiar 2,0 x dł. 240mm, w plastikowej osłonie.

Termin przydatności 3 lata

Opakowanie jałowe.

Z poważaniem

Paulina Makowska

Kierownik biura

