

"szpital w sercu miasta"



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI**  
**im. J. STRUSIA**  
**z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ**  
**z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ**

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

☎ Dyrektor 61 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 61 874 02 07  
☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 ☎ ZOL. ul. Grunwaldzka 61 858 57 69  
16/18 61 858 57 90

[www.szpital-strusia.poznan.pl](http://www.szpital-strusia.poznan.pl) e-mail: [dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl](mailto:dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl)



Poznań, dnia 04 października 2019r.

WSM/DZP/381-10044/N/2019

**Wyjaśnienia nr 1**  
**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**na dostawę, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z niezbędną adaptacją**  
**pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala przy ul.**  
**Szwajcarskiej 3 w Poznaniu**

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które otrzymaliśmy w dniu 02.10.2019r. uprzejmie wyjaśniam:

**Pytanie 1:** dotyczy pkt. 166 specyfikacji technicznej: Czy Zamawiający uzna wymóg „ciągłego monitoring ciśnienia w czasie rzeczywistym” za spełniony jeżeli wstrzykiwaczy wyświetla zamiast wykresu graficznego wartości cyfrowe?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie uzna tego wymogu za spełniony w przypadku zaoferowania wstrzykiwacza z wartościami cyfrowymi a nie wykresem graficznym.

Ponieważ wyjaśnienia do SIWZ **nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu** oraz nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert – termin ten wyznaczony na 31.10.2019 r. pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych  
*mgr Jan Switez*

Sporządziła: Anna Jęckowiak