



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 000002025



Dział Zamówień Publicznych

☎ Dyrektor 61 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 61 874 02 07
☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 ☎ ZOL. ul. 61 858 57 69
Grunwaldzka 16/18 61 858 57 90
www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl

Wyj. do swz

Poznań, dnia 02.06.2022r.

WSM/DZP/381-1448/2022

Uzupełnienie

Wyjaśnienie

do Specyfikacji Warunków Zamówienia
na dostawę
sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografii, diagnostyki tętnic
wieńcowych, PTCA i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO)
dla potrzeb
Pracowni Badań Serca i Naczyń
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

W związku z otrzymanymi pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie tj. w dniu 12.05.2022br. jednak zostały zakwalifikowane przez pocztę Zamawiającego jako wiadomość „zainfekowaną” tj. SPAM a w efekcie przez system zostały odrzucone. Po interwencji telefonicznej Wykonawcy, Zamawiający przywrócił i potwierdził wpływ takiej wiadomości. Zatem, uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1: „Dotyczy pakietu nr 26 – Cewniki balonowe uwalniające lek do ściany naczynia - Czy Zamawiający dopuszcza długości balonu od 15 mm do 30 mm co 0,25mm?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaferowania sprzętu j.w. Poszczególne parametry sprzętu zostały przez Zamawiającego dokładnie określone i podlegają ocenie. Punktacja zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym.

Pytanie 2: „Dotyczy pakietu nr 6 - zestaw do przygotowywania zmiany w zawale steki. A. Cewniki do trombolektomii wieńcowej. Czy Zamawiający dopuszcza jedną strzykawkę aspiracyjną 50/60cc oraz dwa koszyczki filtrujące zamiast dwóch strzykawk i jednego koszyczka?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaferowania sprzętu j.w. Poszczególne parametry sprzętu zostały przez Zamawiającego dokładnie określone i podlegają ocenie. Punktacja zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Z poważaniem
mgr Jan Sawicz
ds. Ekonomiczno - Administracyjnych
/-/ mgr Jan Sawicz