



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105042568

Dział Zamówień Publicznych

☎ Dyrektor 61 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 61 874 02 07
☎ Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 ☎ ZOL. ul. 61 858 57 69
Grunwaldzka 16/18 61 858 57 90
www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl

Poznań, dnia 07 czerwca 2022r.

WSM/DZP/381-3957/2022

Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
na dostawę implantów i protez wraz z innymi wyrobami ortopedycznymi dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które otrzymaliśmy w dniach 03.06.2022r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego ceramika/polietylen w ppkt. 2.4 dopuści możliwość zaoferowania głowa ceramicznej Biolox delta zamiast głowy metalowej Biolox delta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ponieważ wyjaśnienia do SWZ **nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu** i nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający **nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert – termin ten wyznaczony na 22.06.2022 r. pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem
Z-CA DYREKTORA
Ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Z-ca Dyrektora
Ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jan Sawicz